



பெரியார் பல்கலைக்கழகம் PERIYAR UNIVERSITY

Salem- 636011, TAMIL NADU

State University - NAAC 'A++' Grade - NIRF Rank 94

State Public University Rank 40 - SDG Institutions Rank Band: 11-50

Department of Textiles & Apparel Design

முனைவர் எஸ்.லட்சுமி மனோகரி
பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்

நாள். 28.01.2026

Ref. No. PU/TAD/ Bio Textile Lab Equipment /Tender /378/2026

விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு

பெரியார் பல்கலைக்கழக ஜவுளி மற்றும் ஆடைவடிவமைப்புத் துறையின் Bio - Textile ஆய்வகத்திற்கு தேவையாக இனங்களை வழங்குவதற்கு நிறுவனங்களிடமிருந்து மூடி முத்திரையிடப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

Sl.No	Description	Qty Nos	Rate per Unit Rs	Net Amount (A)	GST %	GST Amount (B)	Gross Amount (with GST) (A+B)
1.	pH Meter	1					
2.	Muffle Furnace	1					
Total Rs.							

நிபந்தனைகள்.

- 12.02.2026 தேதி அன்று மாலை 4 மணிக்குள் விலைப்புள்ளிகள் இவ்வலுவலகத்திற்கு வந்து சேரவேண்டும். அன்று மாலை 5 மணிக்கு விலைப்புள்ளிகள் திறக்கப்படும். காலதாமதமாகப் பெறப்படும் விலைப்புள்ளிகள் ஒருபோதும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது.
- தங்கள் நிறுவன முகவரியிடப்பட்ட கடிதத்தில் மேலே கேட்கப்பட்டுள்ள பொருட்களுக்கு விலையை அளித்து, அத்தகவல் கடிதத்தின் நகலை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் கேட்கப்பட்டிருப்பின் இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிசையின்படி விலை குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும்.
- விலைப்புள்ளியில் ஒவ்வொரு பொருளின் தொகையும் பைசா விதத்தில் இல்லாமல் முழுத்தொகையாக (Round Figure) இருக்க வேண்டும் மேலும் மொத்த தொகை எண்ணிலும் எழுத்திலும் கண்டிப்பாக எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். விலைப்புள்ளியில் குறிப்பிடப்படும் தொகையானது வண்டி மற்றும் வாகன சட்டம் மற்றும் கட்டுமான செலவு காப்பீட்டு கட்டணம் மற்றும் வரி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும்.
- தங்கள் நிறுவனத்தின் Original Equipment Manufacture (OEM) or Authorized Dealer Certificate இருந்தால் மட்டுமே விலைப்புள்ளியில் தங்கள் பங்கேற்க இயலும், மேலும் விலைப்புள்ளியை அனுப்பும்போது மேற்காணும் சான்றிதழை கண்டிப்பாக இணைத்து அனுப்ப வேண்டும்.
- விலைப்பட்டியலில் (Invoice/Bill) விற்பனைவரி தனியே காண்பிக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு இல்லையெனில் பட்டியல் தொகையில் விற்பனைவரி பிடித்தம் செய்யப்பட்டு மீதித் தொகை வழங்கப்படும்.
- மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருளுக்குத் தகுந்த உத்தரவாத (Warranty) காலத்தைக் குறிப்பிடவேண்டும்.

(கு.பி.பா)

7. விலைப்புள்ளி உறையின் மேல் Ref. No. PU/TAD/ Bio Textile Lab Equipment /Tender /378/2026 Bio Textile ஆய்வகத்திற்கு தேவையான Equipment கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி சமர்ப்பித்தல் தொடர்பாக - கடைசி நாள்.12.02.2026 என்று கண்டிப்பாக குறிப்பிட்டு துறைத்தலைவர், ஜவுளி மற்றும் ஆடை வடிவமைப்புத்துறை, பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம் - 636 011 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பிவைக்க வேண்டும்.
8. விலைப்புள்ளியில் எந்தவொரு திருத்தமும் இருக்கக்கூடாது. அவ்வாறு திருத்தம் இருந்தால் அந்த இடத்தில் முறையான சான்றொப்பமிட வேண்டும்.
9. அனைத்து கடிதத் தொடர்புகளுக்கும் இந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள எண் மற்றும் நாளைக் குறிப்பிடவேண்டும்.
10. குறிப்பிடப்படும் விலையின் மதிப்பு ஆறு மாத காலம் வரை செல்லதக்கதாக இருக்க வேண்டும்.
11. GST மற்றும் PAN சான்று எண்கள் கட்டாயம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

He
28.1.26
துறைத்தலைவர்

Dr. S. Lakshmi Manokari, M.Sc., M.Phil., Ph.D.
Professor and Head
Dept. of Textiles And Apparel Design
Periyar University, SALEM-636 011
Tamilnadu, India.

Technical Specification

pH Meter	Brand : Labman or Equivalent Model: LMPH10H Modes : pH,mV, Temperature pH Range : -2.00 to 16.00pH pH Resolution : 0.01pH pH Accuracy : ± 0.01 pH Calibration : Upto 3 points pH Buffer Option : USA(pH 4.01,7.00,10.01) NIST (pH4.01,6.86,9.18) Automatic Buffer Recognition : Yes pH Slope Display : Yes mV Range : ± 1999 to 1999 mv mV Accuracy + 1mv mV Resolution : 1mv Temp Range : 0 to 105° c Temp Accuracy : $\pm 0.5^{\circ}$ c Operating Temperature 10 to 40°C Relative Humidity : < 80% Reset Function : Yes Interface : USB Hold Function : Automatic at end point or manual Memory : upto 100 readings Connector BNC Display : LCD with White Back Light Display Size: 125 x 100 mm Power Supply : Adaptor, Using AC 220V, 50/60Hz Packing Dimensions(LxWxH) 300x245x185mm Net Weight/ Gross Weight : 0.65Kg/1.68kg
-----------------	--

dhc

llh

Laboratory Muffle Furnace

Technical Specification

S.No	Parameters	Specification Required
1.	Equipment Name	Muffle Furnace
2.	Temperature	Max. 1200°C
3.	Working Temperature	1100°C
4.	Heating Element	Kanthal A1 Coils
5.	Inner Chamber Size	150x150x300mm(6"x6"x12")
6.	Inner Chamber Material	Grooved Bricks
7.	Outer Chamber Material	Outer body made of MS with powder-coated finish.
8.	Insulation	Insulation by 7 Inch Ceramic blankets with 126 grade blankets
9.	Power Supply	220 V Single Phase 50HZ, AC Supply
10.	Controller	Digital Temperature Controller cum Indicator/Timer with CR/AL Thermocouple (Chromel-Alumel / K-Type).
11.	Warranty	12 Months
12.	Installation & Demo	To be provided by suppliers
13.	Certification	OEM / Authorized dealer certificate ISO/MSME Certificate


Dr. S. Lakshmi Manokari, M.Sc., M.Phil., Ph.D
Professor and Head
Dept. of Textiles And Apparel Design
Periyar University, SALEM-636 011
Tamilnadu, India.